

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Lepu	Lepu	Inflation Device kit	Lepu	Օդամղիչ սարք հավաքածու սրտաբանական, որը բաղկացած է՝ բարձր ճնշման եռակոմպոնենտ ինֆլյատոր սարքից (օդամղիչ), 20cc ներարկիչով, առավելագույն ճնշումը՝ 30 բարել, հեմոստատիկ Y-կոննեկտորից, որը սեղմակ տիպի է, զսպանակային մեխանիզմով աշխատող՝ մեկ հպումով աշխատելու համար, վաերի բռնիչից պատելու համար (պտտող սարք), ինտրոդյուսերի փականից, երկարացման ճկուն միացումից՝ եռուղիով: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների

				<p>առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 70%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Lepu	Lepu	Inflation Device kit	Lepu	Օդամղիչ սարք հավաքածու սրտաբանական, որը բաղկացած է՝ բարձր ճնշման եռակոմպոնենտ ինֆլյատոր սարքից (օդամղիչ), 20cc ներարկիչով, առավելագույն ճնշումը՝ 30 բարել, հեմոստատիկ Y-կոննեկտորից, որը սեղմակ տիպի է, զսպանակային մեխանիզմով աշխատող՝ մեկ հպումով աշխատելու համար, վաերի բռնիչից պտտելու համար (պտտող սարք), ինտրոդյուսերի փականից, երկարացման ճկուն միացումից՝ եռուղիով: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների

				<p>առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--