

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
51	Asahi Intecc	Fubuki	Fubuki	Asahi Intecc	Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ կաթետր դիլատորով, որը նախատեսված է իշեմիկ ինսուլտի ներանոթային բուժման համար: Ռենտգենանցանելիությունն ապահովվում է ծայրակալի պլատինային մարկերի և ռենտգենոկոնտրաստ նյութի շնորհիվ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 6Fr - արտաքինը՝ 2.70մմ (8Fr), ներքինը՝ 2.28մմ / 0.090": Կախված վիրահատվող

անոթի անատոմիական  
առանձնահատկություններից  
պահանջվող չափերն են ըստ  
երկարության՝ 80սմ, 90սմ, 100սմ:  
Հիդրոֆիլ ծածկույթի երկարությունը՝  
5-15սմ , ծայրակալի տեսակը՝  
Straight կամ Angled՝ կախված  
վիրահատվող անոթի  
անատոմիական  
առանձնահատկություններից:  
Ցանկացած մատակարարված  
խմբաքանակի համար CE MARK  
որակի վկայականի առկայությունը  
պարտադիր է: Նոր է,  
չօգտագործված, գործարանային  
ստերիլ փաթեթավորմամբ:  
Ներառում է տեխնիկական  
ցուցանիշները,  
առանձնահատկությունները և  
օգտագործման կանոնները՝  
գործարանային ձեռնարկի ձևով:  
Հանձնելու պահին ամբողջ  
պիտանելիության ժամկետի 50%-ի  
առկայություն: «Բնակչությանը  
պետության կողմից երաշխավորված  
անվճար բժշկական օգնության և  
սպասարկման շրջանակներում  
գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր  
իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ

					բուժման և մեխանիկական թրոմբոլիտիկ ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
51	Asahi Intecc	Fubuki	Fubuki	Asahi Intecc	Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ կաթետր դիլատորով, որը նախատեսված է իշեմիկ ինսուլտի ներանոթային բուժման համար: Ռենտգենանցանելիությունն ապահովվում է ծայրակալի պլատինային մարկերի և ռենտգենոկոնտրաստ նյութի շնորհիվ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 6Fr - արտաքինը՝ 2.70մմ (8Fr), ներքինը՝2.28մմ / 0.090": Կախված վիրահատվող

անոթի անատոմիական  
առանձնահատկություններից  
պահանջվող չափերն են ըստ  
երկարության՝ 80սմ, 90սմ, 100սմ:  
Հիդրոֆիլ ծածկույթի երկարությունը՝  
5-15սմ , ծայրակալի տեսակը՝  
Straight կամ Angled՝ կախված  
վիրահատվող անոթի  
անատոմիական  
առանձնահատկություններից:  
Ցանկացած մատակարարված  
խմբաքանակի համար CE MARK  
որակի վկայականի առկայությունը  
պարտադիր է: Նոր է,  
չօգտագործված, գործարանային  
ստերիլ փաթեթավորմամբ:  
Ներառում է տեխնիկական  
ցուցանիշները,  
առանձնահատկությունները և  
օգտագործման կանոնները՝  
գործարանային ձեռնարկի ձևով:  
Հանձնելու պահին ամբողջ  
պիտանելիության ժամկետի 50%-ի  
առկայություն: «Բնակչությանը  
պետության կողմից երաշխավորված  
անվճար բժշկական օգնության և  
սպասարկման շրջանակներում  
գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր  
իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ

					բուժման և մեխանիկական թրոմբոլիտիկ ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:
--	--	--	--	--	--