

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                    |                             |                     |   |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը   | մակնիշը                     | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 14              | Abbott Vascular    | NC TREK, MINI TREK | NC TREK, MINI TREK Vascular | Abbott Vascular     | Բալունային կաթետր NC տիպի (չընդլայնվող գնդանոթով), 0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 143 սմ: Բալունի նյութը՝ Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Բալունի կրկնակի շերտ՝ 3,5-5,0մմ չափսերի համար: Բալունի նոմինալ բացման ճնշումը՝ 12 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 18 մթն, ծայրի պրոֆիլը՝ 0,018" (0.45) , ծայրի երկարությունը՝ 3,74 մմ, շափթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝ 2,2/2,5F Շափթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն- |

կոնտրաստ նշանակիրներ  
նվազագույնը 1,1 մմ երկարությամբ:  
Կախված վիրահատվող անոթի  
տրամագծից բալունի պահաջվող  
չափերն են ըստ տրամագծերի՝ -1.5,  
2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5,  
3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ: Կախված  
վիրահատության ժամանակ  
հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից  
բալունի պահանջվող չափերն են  
ըստ երկարության՝ - 6մմ (առնվազն  
1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ  
(առկա բոլոր տրամագծերի  
դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր  
տրամագծերի դեպքում), 15 (առկա  
բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ  
(առկա բոլոր տրամագծերի  
դեպքում), 25 մմ (առնվազն 2.5- 3.5  
տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած  
մատակարարված խմբաքանակի  
համար CE MARK որակի  
վկայականների առկայությունը  
պարտադիր է: Նոր է,  
չօգտագործված, գործարանային  
ստերիլ փաթեթավորմամբ:  
Ներառում է տեխնիկական  
ցուցանիշները,  
առանձնահատկությունները և  
օգտագործման կանոնները՝

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>գործարանային ձեռնարկի ձևով:<br/>Հանձնելու պահին ամբողջ<br/>պիտանելիության ժամկետի<br/>առնվազն 70%-ի առկայություն:<br/>Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ<br/>անհրաժեշտության վերադարձնել<br/>կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ<br/>չափսով, եթե առկա է ապրանքի<br/>ամբողջ պիտանելիության ժամկետի<br/>առնվազն 50%-ը:</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-4-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 14         |                        |               |       |                            |                            |