

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Ա/Ձ-ն ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ակտիվ	ակտիվ	Ակկու- Չեկ	Արյան մեջ գլյուկոզայի ախտորոշման թեստ ստրիպաին համակարգ՝ նախատեսված Ակկու- Չեկ ակտիվ սարքի համար,տուլիի պարունակություն 50թեստ : Նախատեսված փակ համակարգի համար: Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոդիմիական: Չափման նվազագույն միջակայք՝ 1.1մմոլ/լ -33.3 մմոլ/լ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эдмонд Оганесян Вагеевич И/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом USP4-EUΔU72F-25/6  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				