

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2025-02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի        |                           |                           |  |   |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը        | ապրանքային նշանը          | մակնիշը                   | արտադրողի անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5               | Vital կամ BAIN կամ Baxter | Vital կամ BAIN կամ Baxter | Vital կամ BAIN կամ Baxter | Vital Healthcare Sdn.Bhd կամ BAIN MEDICAL EQUIPMEN T(GUANGZHOU)CO., LTD կամ Baxter | Արյունատար մագիստրալներ ( զարկերակ-անոթ լրակազմ): Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8 մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծը 22 մմ, լցման ծավալը 161մլ, մանրեագերծման մեթոդը՝ ճառագայթամաբ մանրեագերծում, չի պարունակում լատեքս: ISO և CE սերտիֆիկատներն առկա են: Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦЦŦQР 2025-02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5          |                        |               |       |                            |                            |