

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5                  | NEW AGE MEDISYS       | NEW AGE MEDISYS     | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS        | <p>Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 3,5 մմ արգելափակող պտուտակների և 3,5 մմ պտուտակների համար:</p> <p>Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը: Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>բնութագրող<br/>պիտակ:Պատվիրատուի պահանջով<br/>պետք է տրամադրվեն ստորև նշված<br/>հարթակներից մեկական ի պահ,<br/>իսկ օգտագործումից հետո<br/>պահանջի դեպքում մատակարարվի<br/>24 ժամվա ընթացքում: Աջ` 4 անցք, 6<br/>անցք: Ձախ` 4 անցք, 6 անցք:<br/>Գործիքի անվանում` շաղափի<br/>ուղղորդիչ 3,5մմ արգելափակող<br/>պտուտակի անցքերի համար, 2,8 մմ<br/>ներքին տրամագծով-1հատ, շաղափ<br/>2,8 մմ-1հատ, 3,5 մմ արգելափակող<br/>պտուտակի սահմանափակ ուժով<br/>պտուտակահան-1հատ:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 50904-ЕЦДЦ72Р-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                 |                 |                            |   |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак   | марка           | наименование производителя | технические характеристики  |
| 5          | NEW AGE MEDISYS        | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS            | Отверстия в платформе должны быть предназначены для стопорных винтов 3,5 мм и винтов 3,5 мм.<br>Организация-производитель должна иметь сертификат не ниже ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016, имплантат должен иметь сертификат CE, поставщик должен предоставить инструменты для установки платформы . Платформа должна иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукта. Одна из следующих платформ должна быть предоставлена по запросу клиента |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>и доставлена в течение 24 часов по запросу после использования.<br/>Справа: 4 отверстия, 6 отверстий.<br/>Слева: 4 отверстия, 6 отверстий.<br/>Название инструмента:<br/>Направляющая для раствора для отверстий под стопорные винты диаметром 3,5 мм, внутренний диаметр 2,8 мм — 1 шт., раствор для раствора 2,8 мм — 1 шт.,<br/>Отвертка с ограниченной мощностью для стопорного винта 3,5 мм — 1 шт.</p> |
|--|--|--|--|---|