

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	<p>Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 2.4 մմ արգելափակող պտուտակների և 2.7 մմ պտուտակների համար:</p> <p>Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը: Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը</p>

				<p>բնութագրող պիտակ:Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: Աջ` 3 անցք, 4 անցք: Ձախ` 3 անցք, 4 անցք: Գործիքի անվանում` շաղափի փոփոխական անկյամբ ուղղորդիչ 2.4 մմ արգելափակող պտուտակի անցքերի համար-1հատ, շաղափ 1,8 մմ-1հատ, շաղափ 2.0 մմ, 2.4 մմ արգելափակող պտուտակի սահմանափակ ուժով պտուտակահան-1հատ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 509F4-ECXU72F-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Отверстия платформы должны быть рассчитаны на стопорные винты диаметром 2,4 мм и винты диаметром 2,7 мм. Организация-производитель должна иметь сертификат не ниже ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016, имплантат должен иметь сертификат CE, поставщик должен предоставить инструменты для установки платформы . Платформа должна иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукта. Одна из следующих платформ должна быть предоставлена по

				<p>запросу клиента и доставлена в течение 24 часов по запросу после использования. Справа: 3 отверстия, 4 отверстия. Слева: 3 отверстия, 4 отверстия. Название инструмента: Направляющая для раствора с переменным углом для отверстий под стопорный винт 2,4 мм — 1 шт., раствор для раствора 1,8 мм — 1 шт., раствор для раствора 2,0 мм, стопорный винт 2,4 мм. Отвертка с ограниченной мощностью — 1 шт.</p>
--	--	--	--	--