

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Վիրաբուժական թել ներծծվող N 4/0	Լյուքսսչրս	Լյուքսսչրս	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից: Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Մետրիկ չափը 1,5, պայմանական չափը 4-0: Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից,

				<p>պատված լինի կրկնակի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 301 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող տափակեցված ծայրով հյուսվածքները արդյունավետ շերտազատելու համար, 1/2 կորուքյան, 17-22մմ±1մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արձարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: LuxSutures կամ համարժեք Orion, Katsan, Lotus արտադրողները:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кванта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦПДР-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
9	Хирургическая нить рассасывающаяся N 4/0	Люкссучрс	Люкссучрс	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся. Должна быть изготовлена из сополимера, состоящего из 90 % гликолида и 10 % L-лактида. Нить должна быть покрыта сополимером, состоящим из смеси гликолида, лактида и стеарата кальция, что облегчает прохождение нити через ткани. Нить должна быть окрашена контрастно для лучшей визуализации IN VIVO 75%±3% через 3 недели 25%±2% через 4 недели Полное время резорбции 56-70 День: Метрический размер 1,5, обычный размер 4-0. Длина нити 75 см ± 5 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого сплава, покрыта двойным слоем силикона, что способствует уменьшению контакта иглы с тканями и облегчает прохождение иглы через ткани. Игла должна иметь

			<p>такое строение (специальные продольные канавки в части иглодержателя), чтобы она надежно фиксировалась в иглодержателе. Игла для пирсинга с уплощенным кончиком для эффективного отшелушивания тканей, кривизна 1/2, длина 17-22 мм±1 мм. Упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью, ее метрическим размером, цветом, длиной, количеством нитей, длиной иглы, типом иглы, кривизной. количество игл, срок годности, номер партии, размер игл, маркировка о стерильности и методе стерилизации.</p>
--	--	--	---