

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 31 | Փոխներարկման համակարգ պերֆոնտորի համար 150սմ (8722960-20) | Բի. Բրաուն | Բի. Բրաուն | Հեղուկների ներարկման համակարգի երկարացման խողովակ, ներքին տրամագիծը 1,5մմ, արտաքինը` 2,7 մմ բարձր ճնշման` մինչև 4 բար, միացման ձև male/female, երկարությունը 150 սմ, թողունակությունը 2 բար ճնշման դեպքում 2,3 մլ, երկու ծայրը փակ խցանիչով, փաթեթի վրա տվյալների նշումով: Համակարգը չպետք է կրի ֆիզիկական փոփոխություն Կենտրոնի դեղորայքի կիրառման ընթացքում, պետք է լինի համատեղելի Կենտրոնի դեղորայքի հետ և կիրառելի պերֆուզորների հետ: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 10F4-ECXU72F-25/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 31 | | | | |