

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                      |                        |  |
|--------------------|---|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 11                 | Կոմբուր ստուգիչ<br>թեստ M (Control-<br>Test M 50 strip) | Roche Diagnostics      | Կոմբուր ստուգիչ թեստ M (Control test M)` նախատեսված Urisys 1100<br>վերլուծչի համար: Ֆորմատ` 50 ստրիպ սրվակում: Ֆիրմային նշանի,<br>արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի<br>առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՄԵԴ-ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |                            |  |
|------------|----------------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование     | наименование производителя | технические характеристики   |
| 11         | Полоска Контроль-Тест М 50 | Roche Diagnostics          | Комбур тест М (Контрольный тест М) для анализатора Urisys 1100 Формат: 50 стрипов. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. |