

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	Uric Acid	Uric Acid	Uric Acid	BioSystems SA	<p>Միզաթթու /կոլորոմետրիկ/://1 հատ=1 մլ/ Արյան մեջ միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու: Առնվազն 60 թեստ/տուփում: Ներառում է համապատասխան կալիբրատոր: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 60 թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ:Ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ</p>

				<p>պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակը - ISO13485 կամ ГOCT P ИCO 13485 կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31	Uric Acid	Uric Acid	Uric Acid	BioSystems SA	Միզաթթու /կոլորոմետրիկ/։/1 հատ=1 մլ/ Արյան մեջ միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու։ Առնվազն 60 թեստ/տուփում։ Ներառում է համապատասխան կալիբրատոր։ Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով։ Սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 60 թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ։Ըստ պատվիրատուի պահանջի։ Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ

				<p>պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակը - ISO13485 կամ ГOCT P ИCO 13485 կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---