

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Cardinal Health / Cordis INFINITY/SUP ERTORQUE/DC	INFINITY/SUPERTOR QUE/DC	INFINITY/SUPERTOR QUE/DC	Cardinal Health / Cordis	Ախտորոշիչ կաթետր, նյութը Նեյլոն կամ պոլիուրետան, ունի չվնասող ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, մաքսիմալ ճնշումը 1200psi, համատեղելիություն 0,038" ուղորդիչի հետ, չափսերը` 4F; 5F; 5,2F; 6F; 7F; 5,2F չափսի դեպքում ծայրի ներքին տրամագիծը 1.19 մմ, երկարությունները ըստ համապատասխան ձևերի 65սմ-ից մինչև 125սմ ներառյալ, կաթետերի ծայրի ձևերը` JL 3,5; JL4; JL4,5; JL5; JL6; JR3,5; JR4; JR5; JR6; AL.75; AL1; AL2; AL3; AR1; AR2; MPA2; BIL4; IM; PIG: Արտադրական խոտանի

				<p>դեպքում վաճառողը պարտավոր է իր սեփական միջոցների հաշվին ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Cardinal Health / Cordis INFINITY/SUPER TORQUE/DC	INFINITY/SUPER TORQUE/DC	INFINITY/SUPER TORQUE/DC	Cardinal Health / Cordis	Ախտորոշիչ կաթետր, նյութը նեյլոն կամ պոլիուրետան, ունի չվնասող ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, մաքսիմալ ճնշումը 1200psi, համատեղելիություն 0,038" ուղորդիչի հետ, չափսերը՝ 4F; 5F; 5,2F; 6F; 7F; 5,2F չափսի դեպքում ծայրի ներքին տրամագիծը 1.19 մմ, երկարությունները ըստ համապատասխան ձևերի 65սմ-ից մինչև 125սմ ներառյալ, կաթետրի ծայրի ձևերը՝ JL 3,5; JL4; JL4,5; JL5; JL6; JR3,5; JR4; JR5; JR6; AL.75; AL1; AL2; AL3; AR1; AR2; MPA2; BIL4; IM; PIG: Արտադրական խոտանի

				<p>դեպքում վաճառողը պարտավոր է իր սեփական միջոցների հաշվին ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--