

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Terumo	Guide Wire	.	Terumo	Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, որի առանցքը նիտինոլից է, պատված ռենտգենոկոնտրաստ պոլիուրետանով, պատված է հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ունի փափուկ ատրավմատիկ ուղիղ և թեք ծայր` 1, 3, 5 և 8սմ երկարությամբ, տեսակը` ստանդարտ և Stiff, ուղղորդիչի երկարությունները` 260սմ և ավելի առնվազն մեկ չափ, տրամագծերը 0.018"; 0.025"; 0.032"; 0.035"; 0.038": Արտադրական խոտանի դեպքում վաճառողը պարտավոր է իր սեփական միջոցների հաշվին

					ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	Terumo	Guide Wire	.	Terumo	Диагностический проводник с нитиноловым сердечником, с рентгеноконтрастным полиуретаном, с гидрофильным покрытием, с мягким атравматичным прямым и скошенным кончиком длиной 1, 3, 5 и 8 см, тип: стандартный и жесткий, длина проводника 260 см и не менее один размер, диаметры 0,018"; 0,025"; 0,032 дюйма; 0,035 дюйма; 0,038». В случае обнаружения производственного брака продавец обязан заменить товар на новый за свой счет.

					Замена товара должна быть осуществлена в течение двух месяцев.
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------