

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	Guidezilla	Guidezilla	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Ուղղորդիչ կաթետեր` իրենից ներկայացնում է մեկ լուսանցքով կաթետեր և ծառայում է ուղղորդիչ կաթետերի երկարացման համար, հեշտացնում է անոթային համակարգին վիրաբուժական սարքերի հասանելիությունը: Աշխատանքային երկարությունը` 150 սմ, ուղղորդիչ հատվածը 25սմ, ունի չժանգոտվող պողպատից Hypotube տիպի պրոքսիմալ մաս, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով է, ունի երկու ռենտգենոկոնտրաստ նշանակիրներ, պրոքսիմալ մասը պարունակում է 2 դիրքային նշաններ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի</p>

				<p>բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ELXU72F-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
43	Guidezilla	Guidezilla	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Ուղղորդիչ կաթետեր՝ իրենից ներկայացնում է մեկ լուսանցքով կաթետեր և ծառայում է ուղղորդիչ կաթետերի երկարացման համար, հեշտացնում է անոթային համակարգին վիրաբուժական սարքերի հասանելիությունը: Աշխատանքային երկարությունը՝ 150 սմ, ուղղորդիչ հատվածը 25սմ, ունի չժանգոտվող պողպատից Hypotube տիպի պրոքսիմալ մաս, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով է, ունի երկու ռենտգենոկոնտրաստ նշանակիրներ, պրոքսիմալ մասը պարունակում է 2 դիրքային նշաններ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի

				<p>բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	---