

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄ-ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
40	<p>Գոլորշային մանրեագերծիչի աշխատանքների հսկման զգայորոշիչ թեսթ /ինդիկատոր/ չոր սպորային սթրիփեր, որոնք պարունակում են Bacillus stearothermophilus-ի սպորներ /ստացված ATCC 7953- ից/ մինիմալ պոպուլյացիան սպորների 1x10⁵ սպոր սթրիփում, 100 թեստ/տուփում: 2. Աճի միջավայրը պարունակում է կոտրվող ապակե սրվակ, Միջավայրը ձևափոխված Տրիպտիկազ-սոյային բուլյոն է PH-զգայուն ներկ ինդիկատոր /բրոմ կրեզոլ պուրպուր/: 3.Փափուկ պոլիպրոպիլենային սրվակ , որը պահում է չոր սթրիփը և միջավայրի ամպուլան: 4. Կապույտ /1261/P/ կամ շականակագույն /1262/P/ պոլիպրոպիլենային կափարիչը` հիդրոֆոբային ֆիլտրով ծածկված, որը հանդիսանում է թափանցելի ստերիլիզացվող մանրեային բարիեր: Կողը -շականակագույն կամ համարժեք, ստերիլիզացիայի ընթացքի հսկողությունը` գոլորշի / բացառությամբ 270°F/132°C գրավիտացիոն փոփոխության/, Attest TM զգայորոշիչ /1262: Սրվակները նախատեսված են P/,AttestTM ինկուբատոր 220 վոլտ/ 118 մոդելի համար /14 սրվակ/ 130±3°F /56±2°C/:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄ-ՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
40	<p>Գոլորշային մանրէագերծիչի աշխատանքների հսկման զգայորոշիչ թեսթ /ինդիկատոր/ չոր սպորային սթրիփեր, որոնք պարունակում են Bacillus stearothermophilus-ի սպորներ /ստացված ATCC 7953- ից/ մինիմալ պոպուլյացիան սպորների 1×10^5 սպոր սթրիփում, 100 թեստ/տուփում: 2. Աճի միջավայրը պարունակում է կոտրվող ապակե սրվակ, Միջավայրը ձևափոխված Տրիպտիկազ-սոյային բուլյոն է PH-զգայուն ներկ ինդիկատոր /բրոմ կրեզոլ պուրպուր/: 3.Փափուկ պոլիպրոպիլենային սրվակ , որը պահում է չոր սթրիփը և միջավայրի ամպուլան: 4. Կապույտ /1261/P/ կամ շականակագույն /1262/P/ պոլիպրոպիլենային կափարիչը` հիդրոֆոբային ֆիլտրով ծածկված, որը հանդիսանում է թափանցելի ստերիլիզացվող մանրէային բարիեր: Կողը -շականակագույն կամ համարժեք, ստերիլիզացիայի ընթացքի հսկողությունը` գոլորշի / բացառությամբ $270^{\circ}\text{F}/132^{\circ}\text{C}$ գրավիտացիոն փոփոխության/, Attest TM զգայորոշիչ /1262: Սրվակները նախատեսված են P/,AttestTM ինկուբատոր 220 վոլտ/ 118 մոդելի համար /14 սրվակ/ $130 \pm 3^{\circ}\text{F}$ /$56 \pm 2^{\circ}\text{C}$/:</p>