

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	Թրոմբոպլաստինի որոշման թեստ-հավաքածու	Թրոմբոպլաստինի որոշման թեստ-հավաքածու	Թրոմբոպլաստինի որոշման թեստ-հավաքածու	Diagon-Հունգարիա	Թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու, նախատեսված Urit 600 լաբորատոր անալիզատորի համար բաց համակարգ: Անալիտիկ բնութագիր՝ ոչ ֆրակցիոն հեպարինը մինչև 1.0 ՄՄ/մլ և ցածր մոլեկուլյար անտի Xa հեպարինը մինչև 1,5 ՄՄ/մլ, չպետք է ազդի ռեագենտով պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման ճշտության վրա: Ֆորմատ 10*5մլ/500թեստ/հեղուկ ռեագենտ: Ստուգիչ նմուշ-պլազմա : Ֆիրմային նշանի առկայություն: Սերտիֆիկատ

					<p>ISO13485 :Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պարտավոր է կատարել կոագուլումետրի ծրագրավորում և ընթացիկ տեխսպասարկում սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29					