

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |   |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 32                 | ТРОМБИН-РЕАГЕНТ       | ТРОМБИН-РЕАГЕНТ     | ТРОМБИН-РЕАГЕНТ | МБООИ "Общество<br>больных<br>гемофилией" | Թրոմբինային ժամանակի որոշման<br>թեստ-հավաքածու, նախատեսված<br>Urit 600 լաբորատոր անալիզատորի<br>համար: Ֆորմատ 9*3մլ/270թեստ/<br>ռեագենտ: Ստուգվող նմուշ-պլազմա<br>:Ֆիրմային նշանի<br>առկայություն: Սերտիֆիկատ<br>ISO13485 :Պահպանման<br>պայմանները 2-8C, For In Vitro<br>Diagnostic only: Մատակարարը<br>պարտավոր է կատարել<br>կոագուլյումետրի ծրագրավորում և<br>ընթացիկ տեխսպասարկում<br>սերտիֆիկացված մասնագետի<br>միջոցով |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 32         |                        |               |       |                            |                            |