

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդքորփ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 66 | Ivascular | " Angiolite BTK" | - | <p>"Դեղապատ պերիֆերիկ ստենտ, դեղանյութը՝ սիրոլիմուս, դեղի դոզան՝ 1,4μg/մմ², ստենտի նյութը կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, բալոնային կատետերի նյութը՝ նեյլոն և պեբաքս, տիպը՝ RX: Համատեղելի 0,014" ուղղորդիչի հետ, համատեղելի 5f կաթետր ուղղորդիչի հետ, ծայրի պրոֆիլը 0,016", ռենտգենոկոնտրաստային մարկերների առկայություն: Կատետերի աշխատանքային երկարությունը՝ 142սմ: Ստենտի չափսերը՝ -2.00մմ; 2.25մմ; 2.50մմ; 2.75մմ; 3.00մմ; 3.50մմ և 4.00 մմ տրամագծերի դեպքում - երկարությունը՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 9մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 39մմ: -4.50մմ տրամագծի դեպքում՝ - երկարությունը՝ առնվազն 7 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 14մմ,</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 39մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:" |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Утєрєтєрє УтєС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЛУДЛУТДР-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 66 | - | - | - | - |