

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՆԴՈՍ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	BiB catheter	BiB catheter	NuMED	<p>"Ծածկված CP ստենտի տեղադրման համար նախատեսված բալոնը բալոնի մեջ կաթետր, բաղկացած է ներքին և արտաքին բալոններից: Կաթետրի ներքին բալոնի տրամագծը կազմում է արտաքին բալոնի տրամագծի կեսը և ներքին բալոնի երկարությունը 1.0 սմ կարճ է արտաքին բալոնի երկարությունից: Ունի մարկերներ, որոնք համապատասխանում են յուրաքանչյուր բալոնի ֆունկցիոնալ երկարությանը: Կաթետրի կիրառելի երկարությունը 110 սմ է, համատեղելի է 0,035" ուղղորդիչի հետ: Բալոնի տրամագծերը՝ -12,0; 14,0; 15,0; 16,0 և 18,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 25մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 65մմ; -20,0; 22,0 և 24,0մմ տրամագծերի</p>

			<p>համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 30մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 65մմ: -26,0; 28,0 և 30,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 65մմ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը կիրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:"</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кудос в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-EMXUQZP-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	BiB catheter	BiB catheter	NuMED	"Ճածկված CP ստենտի տեղադրման համար նախատեսված բալոնը բալոնի մեջ կաթետր, բաղկացած է ներքին և արտաքին բալոններից: Կաթետրի ներքին բալոնի տրամագծը կազմում է արտաքին բալոնի տրամագծի կեսը և ներքին բալոնի երկարությունը 1.0 սմ կարճ է արտաքին բալոնի երկարությունից: Ունի մարկերներ, որոնք համապատասխանում են յուրաքանչյուր բալոնի ֆունկցիոնալ երկարությանը: Կաթետրի կիրառելի երկարությունը 110 սմ է, համատեղելի է 0,035" ուղղորդիչի հետ: Բալոնի տրամագծերը՝ -12,0; 14,0; 15,0; 16,0 և 18,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 25մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 65մմ; -20,0; 22,0 և 24,0մմ տրամագծերի

			<p>համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 30մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 65մմ: -26,0; 28,0 և 30,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 65մմ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը կիրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:"</p>
--	--	--	--