

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՆԴՈՍ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
40	Advisor HD Grid	Advisor HD Grid	Abbott, St. Jude Medical	40 33141136 33141136/600 Կաթետր սենսորային քարտեզագրման Катетр сенсорной топографии Abbott, St. Jude Medical, Advisor HD Grid Սենսորային քարտեզագրման կաթետր 8Fr, նախատեսված նախասրտերի և փորոքների բարձր խտայնություն քարտեզագրման համար, 4 հատվածից բաղկացած ցանցային կառուցվածքով Էլեկտրոդներ որոնց մակերեսը ոչ ավել քան 13X13 մմ², Էլեկտրոդերի քանակը ոչ պակաս քան 16 հատ, ցանցերի հեռավորությունը ոչ ավել քան 3մմ, երկարությունը ոչ ավել քան 1մմ., կաթետրի օգտագործման երկարությունը ոչ պակաս քան 105 մմ., կորը` DF, կաթերը պետք է աշխատի Ensite Precision համակարգով: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ

գործառույնները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը կիրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: Катетер сенсорной топографии 8Fr, предназначен для высокоплотной топографии предсердий и желудочков, электроды с сетчатой структурой состоящей из 4-х сегментов площадью не более 13X13 мм², количество электродов не менее 16, расстояние сети не менее более 3 мм, длина не более 1 мм. Длина используемого катетера не менее 105 мм., кривизна DF, Катетер должен работать с системой Ensite Precision. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае бракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В

				<p>случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. штп штука 1,338,750.0 4 5,355,000</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кудос в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЕЦДԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
40	Advisor HD Grid	Advisor HD Grid	Abbott, St. Jude Medical	40 33141136 33141136/600 Կաթետր սենսորային քարտեզագրման Катетр сенсорной топографии Abbott, St. Jude Medical, Advisor HD Grid սենսորային քարտեզագրման կաթետր 8Fr, նախատեսված նախասրտերի և փորոքների բարցր խտայնություն քարտեզագրման համար, 4 հատվածից բաղկացած ցանցային կառուցվածքով էլեկտրոդներ որոնց մակերեսը ոչ ավել քան 13X13 մմ ² , էլեկտրոդների քանակը ոչ պակաս քան 16 հատ, ցանցերի հեռավորությունը ոչ ավել քան 3մմ, երկարությունը ոչ ավել քան 1մմ., կաթետրի օգտագործման երկարությունը ոչ պակաս քան 105 մմ., կորը` DF, կաթերը պետք է աշխատի Ensite Precision համակարգով: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ

գործառույնները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը կիրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: Катетер сенсорной топографии 8Fr, предназначен для высокоплотной топографии предсердий и желудочков, электроды с сетчатой структурой состоящей из 4-х сегментов площадью не более 13X13 мм², количество электродов не менее 16, расстояние сети не менее более 3 мм, длина не более 1 мм. Длина используемого катетера не менее 105 мм., кривизна DF, Катетер должен работать с системой Ensite Precision. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае бракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В

				<p>случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. штп штука 1,338,750.0 4 5,355,000</p>
--	--	--	--	--