

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                                         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը                     | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                  | Terumo                | Diagnostic Catheter<br>Optitorque Tiger | .       | Terumo                 | Ախտորոշիչ կաթետեր ինվազիվ<br>պրոցեդուրաների համար: Կախված<br>վիրահատվող հիվանդի քաշից և<br>վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ<br>կաթետերի պահանջվող չափերն են՝<br>5Fr, 6Fr (5Fr, 6Fr- ոչ պակաս<br>37մլ/վրկ անցունակությամբ):<br>Կաթետերների միջոցով հնարավոր է<br>միաժամանակ առանց կաթետեր<br>փոխելու կատարել աջ և ձախ<br>կորոնար անոթների անգիոգրաֆիա:<br>Կախված վիրահատվող անոթի<br>առանձնահատկություններից<br>ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող<br>տեսակներն են՝ Tiger I, Tiger II-3.5, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Tiger II-4.0, Tiger II-4.5, Tiger II-5.0<br>կամ համարժեք: CE սերտիֆիկատի<br>առկայությունը պարտադիր |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20404-ЕЦДЦ72Р-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                                         |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак                           | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2          | Terumo                 | Diagnostic Catheter<br>Optitorque Tiger | .     | Terumo                     | Диагностические катетеры для инвазивных процедур. В зависимости от веса пациента и оперируемого сосуда необходимые размеры диагностических катетеров: 5Fr, 6Fr - с пропускной способностью не менее 37 мл/с. Возможно проведение ангиографии справа. и левых коронарных сосудов с помощью катетеров: Диагностика в зависимости от особенностей оперированного сосуда Требуемые типы катетеров: Tiger I, Tiger II-3,5, Tiger II-4,0, Tiger II-4,5, Tiger II-5,0 или эквивалентная |

|  |  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|--|------------------|
|  |  |  |  |  | сертификация СЕ. |
|--|--|--|--|--|------------------|