

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Terumo	Introducer Transradial	.	Terumo	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ֆեմորալ կամ ռադիալ ինտրոդյուսերներ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից պահանջվող երկարություններն են՝ 7սմ, 10սմ, չափսերն են՝ 4Fr-6Fr տիրույթի միջակայքում: Ինտրադյուսերների աշխատանքային տրամագծերը՝ 0.018-0.038" տիրույթի միջակայքում: Լրակազմը՝ ինտրոդյուսեր, անոթային դիլատոր,

մինի-ուղղորդիչ 0.018" (0.46 mm),  
0.021" (0.53 մմ), 18G պոլսկցիայի  
մետաղական ասեղ, որոնք  
նախատեսված են ֆեմորալ և  
ռադիալ ինտրաոյուսերի  
համար:Միջազգային ISO13485, CE  
MARK որակի վկայականների  
առկայություն: Պետք է լինի  
գործարանային ստերիլ  
փաթեթավորմամբ որը պետք է  
տեղադրված լինի տուփի  
մեջ:Ինտրաոյուսեր ֆեմորալը պետք  
է լինի նոր չօգտաործված  
գործարանային ստերիլ  
փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին  
ամբողջ պիտանելիության ժամկետի  
75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի  
կողմից նշված վերջնական  
օգտագործողը իրավունք ունի  
վերադարձնել կամ փոխել ստացված  
չափը այլ չափսով` ըստ  
անհրաժեշտության, միայն մինչև  
մատակարարված ապրանքի  
ամբողջ պիտանելիության ժամկետի  
նվազագույնը 50%-ի առկայության  
դեպքում: Հակառակ դեպքում  
մատակարարն իրավունք ունի  
պահանջել վճարել  
մատակարարված ապրանքի համար





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20404-ЕЦДЦ12Р-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	Terumo	Introducer Transradial	.	Terumo	Бедренные или радиальные интродьюсеры для диагностических и интервенционных вмешательств. В зависимости от особенностей сосуда пациента длины составляют 7см, 10см, в диапазоне 4Fr-6Fr. Рабочие диаметры интродьюсеров находятся в диапазоне 0,018-0,038". Комплектация: интродьюсер, сосудистый расширитель, мини-проводник 0,018" (0,46 мм), 0,021" (0,53 мм), пункционная металлическая игла 18G, предназначенная для

					<p>бедренного и радиального интродьюсера. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK. Обязательно при себе. заводская стерильная упаковка, которую необходимо установить в упаковке. Интродьюсер бедренный должен быть новым</p>
--	--	--	--	--	---