

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԹՁՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 14 | Սկարիֆիկատոր | HUIDA Medical | Սկարիֆիկատոր | «YANCHENG HUIDA IMP. & EXP. CO., LTD» | Սկարիֆիկատոր պլաստմասե գլխիկով Սկարիֆիկատոր` մատձակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման Ակկու-Չեք պերֆորմայի թեստ-երիզներ N 50 REF 06454011136 Նմուշի տեսակը`մազանոթային արյուն Չափման մեթոդ`էլեկտրոդիմիական |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ Արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8 -44 °C Աշխատանքային հարաբերակ անխոնավություն՝ 10-90%</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԹ2Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 14 | | | | | |