

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2025-09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	HumaCount 5Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուց վածքաքանդման ենթարկող DIFF տարբերակման ռեագենտ	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող տարբերակման ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում Էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաքանդման) համար, լեյկոցիտների 3 մասերի (լիմֆոցիտներ, լեյկոցիտ և միջին բջջիչների) տարբերակման Նպատակով HC5D-Diff-Lyse: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10

շաբաթ սենյակային  
ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք  
է լինի նոր, գործարանային  
փաթեթավորմամբ 500 մլ կամ ավել  
պլաստիկե կամ ապակյա տարայում,  
ունենա նշում արտադրման օրվա,  
գործարանի և արտադրողի մասին,  
մատակարարման պահին ունենա  
պիտանելիության ժամկետի  
առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի  
HUMAN Humacount 5D սարքի  
խողովակաշարի և ծավալային  
տվիչի միակցիչի հետ: Ունենա  
շտրիխ կոդ համատեղելի  
գերմանական HUMAN Diagnostics  
արտադրողի սարքերի կոդային  
ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN  
Diagnostics արտադրողի ռեագենտի  
քարտային նույնականացման  
համակարգի հետ համատեղելի RF-  
ID քարտ Որակի և  
համապատասխանության  
վկայականների պարտադիր  
առկայություն արտադրողի կողմից  
առնվազն` ISO 13485, ISO 14001,  
ISO9001, CE, EMAS III





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕԱԱՊՁԲ 2025-09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	HumaCount 5Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող DIFF տարբերակման ռեագենտ	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող տարբերակման ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաքանդման) համար, լեյկոցիտների 3 մասերի (լիմֆոցիտներ, լեյկոցիտ և միջին բջիջների) տարբերակման նպատակով HC5D-Diff-Lyse: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10

շաբաթ սենյակային  
ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք  
է լինի նոր, գործարանային  
փաթեթավորմամբ 500 մլ կամ ավել  
պլաստիկե կամ ապակյա տարայում,  
ունենա նշում արտադրման օրվա,  
գործարանի և արտադրողի մասին,  
մատակարարման պահին ունենա  
պիտանելիության ժամկետի  
առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի  
HUMAN Humacount 5D սարքի  
խողովակաշարի և ծավալային  
տվիչի միակցիչի հետ: Ունենա  
շտրիխ կոդ համատեղելի  
գերմանական HUMAN Diagnostics  
արտադրողի սարքերի կոդային  
ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN  
Diagnostics արտադրողի ռեագենտի  
քարտային նույնականացման  
համակարգի հետ համատեղելի RF-  
ID քարտ Որակի և  
համապատասխանության  
վկայականների պարտադիր  
առկայություն արտադրողի կողմից  
առնվազն` ISO 13485, ISO 14001,  
ISO9001, CE, EMAS III