

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2025-09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | HumaCount 5Արյան ընդհանուր հետազոտության համար Նախատեսված Նոսրացնող լուծույթ 20լ | HUMAN | HUMAN | HUMAN | Արյան ընդհանուր հետազոտության Նոսրացման համար լուծույթ, Նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան Նոսրացման համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս HC5D-Diluent: Բաց լուծույթը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում, համատեղելի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ապրանքը պետք է լինի Նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ առնվազն 20լ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պլաստիկե -ճկուն տարայում, ուևենա կշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ուևենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ուևենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ուևենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III :</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦАՊՁԲ 2025-09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | HumaCount 5Արյան ընդհանուր հետազոտության համար նախատեսված նոսրացնող լուծույթ 20լ | HUMAN | HUMAN | HUMAN | Արյան ընդհանուր հետազոտության նոսրացման համար լուծույթ, նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նոսրացման համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս HC5D-Diluent: Բաց լուծույթը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում, համատեղելի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ առնվազն 20լ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պլաստիկե -ճկուն տարայում, ուևենա կշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ուևենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ուևենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ուևենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III :</p> |
|--|--|--|--|---|