

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Արյան մեջ ազատ T 4 հորմոնի որոշման հավաքածու	TOSOH	TOSOH	TOSOH	Արյան մեջ ազատ T 4 հորմոնի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK iFT4) - որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար Նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում:

				<p>Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս քան 100 հետազոտության համար: Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքանչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայությունն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Արյան մեջ ազատ T 4 հորմոնի որոշման հավաքածու	TOSOH	TOSOH	TOSOH	Արյան մեջ ազատ T 4 հորմոնի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK iFT4) - որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում:

				<p>Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս քան 100 հետազոտության համար: Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքանչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայությունն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE:</p>
--	--	--	--	--