

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Արյան մեջ վիտամին B12 որոշման հավաքածու	TOSOH	TOSOH	TOSOH	Արյան մեջ վիտամին B12 որոշման հավաքածու - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում(AIA pack B12): Յուրաքանչյուր

				<p>հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս քան 100 հետազոտության համար: Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքննաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE :</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	Արյան մեջ վիտամին B12 որոշման հավաքածու	TOSOH	TOSOH	TOSOH	Արյան մեջ վիտամին B12 որոշման հավաքածու - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում(AIA pack B12): Յուրաքանչյուր

				<p>հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս քան 100 հետազոտության համար: Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքննաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE :</p>
--	--	--	--	---