

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՍՍԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի           |                              |  |  |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը        | ապրանքային<br>նշանը          | արտադրողի<br>անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2                  | Vital կամ BAIN կամ<br>Baxter | Vital կամ BAIN կամ<br>Baxter | Vital Healthcare<br>Sdn.Bhd կամ BAIN<br>MEDICAL EQUIPMEN<br>T(GUANGZHOU)CO.,<br>LTD կամ Baxter | Ֆիստուլային ասեղ երակային: Ասեղի տրամագիծը 1.6<br>մմ- 1.65 մմ: Ասեղի երկարությունը ոչ պակաս քան 23 մմ<br>և ոչ ավել քան 26 մմ :Խողովակի երկարությունը ոչ<br>պակաս 150 մմ-ից: Մանրեագերծման մեթոդը գամմա<br>ճառագայթում կամ էթիլեն օքսիդ կամ ռադիացիոն:<br>Չպետք է պարունակի լատեքս: Գործող Fresenius<br>Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան: Որակի<br>սերտիֆիկատների առկայություն: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU4P4-EUQU7QF-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 2          |                        |               |                            |                            |