

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2025-12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 13 | HUMAN HUMACLOT վերլուծիչի փորձանոթ | HUMAN | HUMAN | HUMAN | Հեմոստատիկ վերլուծիչի փորձանոթ 1 մլ տարողությամբ յուրաքանչյուրը 1X 500 հատ, համատեղելի Humon HumaClot վերլուծիչների համար: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Human Գերմանական արտադրողի սարքերի կողային ցանկի հետ: Պետք է պարունակի մագնիսական խառնիչ հավելումներ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive : |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 13 | HUMAN HUMACLOT վերլուծիչի փորձանոթ | HUMAN | HUMAN | HUMAN | Հեմոստատիկ վերլուծիչի փորձանոթ 1 մլ տարողությամբ յուրաքանչյուրը 1X 500 հատ, համատեղելի Humon HumaClot վերլուծիչների համար: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Human Գերմանական արտադրողի սարքերի կողային ցանկի հետ: Պետք է պարունակի մագնիսական խառնիչ հավելումներ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive : |