

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖՐՈՆԹ ԼԱՅՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SWS Medical	SWS Medical	SWS-6000	SWS Hemodialysis Care Co., Ltd.	Դիալիզատի ճնշման տիրույթները- +400մմ.սնդ.ս-ից մինչև-450մմ.սնդ.ս: Չափման թույլատրելի սխալը` - ± 10մմ.սնդ.ս: Ձայնային ազդանշանի ապաստիվացում- Այո` ազդանշանի ապաստիվացման կոճակով Արյան արտահոսքի ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն: Չափման թույլատրելի սխալը - 10%: Ահազանգի սահմանները->0,35մ/ր արյունՀС T 25% (AAMI). Ձայնային ազդանշանի ապաստիվացում- Այո` ազդանշանի պաստիվացման կոճակով: Ուլտրաֆիլտրացիա- Ծավալը ղեկավարվում է

բալանսավորման խցիկի կողմից,
նւտրաֆիլտրացիոն պոմպի
միջոցով: 2.Միային
նւտրաֆիլտրացիա (Bergstrom):
Աշխատանքային սահմանները -
0-3,000մլ/ժ Ճշտությունը-±
0,2մլ/խցիկի ցիկլ: Պաշտպանական
համակարգ- Առաջադրվածից 200 մլ
ավելի: Ձայնային ազդանշանի
ապասկտիվացում- Այո`
ազդանշանի ապասկտիվացման
կոճակով: Ջերմաստիճանի
կարգավորման տիրույթները -33-40
°C. Դիալիզատորում ջերմաստիճանի
թույլատրելի շեղումները- + 0,5
°Cից-1,5 °C. Սահմանները- ± 1°C
(առաջադրված արժեքի
նկատմամբ). Մաքսիմալ
ջերմաստ.պաշտպանություն- 41. °C
Պաշտպանական համակարգ-
Ջերմաստիճանային տվիչ: Ձայնային
ազդանշանի ապասկտիվացում-
Այո` ազդանշանի
ապասկտիվացման կոճակով:
Հաղորդականություն- Ղեկավարվող
Հաղորդականություն:
Աշխատանքային սահմանները-
Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ,
4-7մՍ/սմ: Ընդհանուր

Հաղ.12,5-16,0մՍ/սմ: Թուլլատրելի շեղումները- $\pm 0,2$ մՍ/ մ Չափումը- Ջերմաստիճանից կախված (հիմնականում 25°C).

Պաշտպանական համակարգ- Հետևվում է երկրորդ

Հաղորդականություն տվիչի կողմից, այլ ալգորիթմի միջոցով

Սահմանները- $\pm 4\%$ (առաջադրված արժեքի նկատմամբ). Ձայնային ազդանշանի ապաստիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապաստիվացման կոճակով:

Դիալիզատի Հոսք (DF)- 300-800մլ/ր :

DF Թուլլատրելի շեղումները- $\pm 5\%$, 300-800մլ/ր դեպքում:

Տրանսմեմբրանային ճնշում(TMP). Սահմանները (մաքս.TMP)- 300-700 մմ.սնդ ս: Ահազանգի բացարձակ սահմանները- 100մմ սնս.ս.

Սահմանների պատուհան- կարգավորելի (2%-99%).

Թուլլատրելի շեղումները- Հաշվվում է PDA և PV միջոցով: Ապարատի դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի ստեղծած բացասական ճնշման միջոցով: Թուլլատրելի շեղումները- ± 50 մմ սնդ.ս: Արյան Պոմպ-2 լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ

կանգնման համակարգով. 1. Երբ դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ. 8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե խողովակի համար: Պոմպի հաճախությունը - 50-600մլ/ր(8/12մմ) 50-400մլ/ր(7/10մմ) կարգավորելի է 10մլ քայլով: Աշխատանքային ճնշման սահմանները - Մտնող ճնշումը մինչև -390 մմ սնդ.ս, Ելնող ճնշումը 0-1725մմ.սնդ.ս : Հեպարինի պոմպ- Ներարկիչի պոմպ10-30մլ ներարկիչների համար: Պոմպի հաճախությունը- 0,1-10մլ/ժ կամ 0,1մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլորս: 600մլ/ժ Թուլլատրելի շեղումները- < ±10% Ճնշման սահմանները- 0 մինչև +480mmHg: ՕդիԴետեկտոր SAD- SAD : Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա Չգայնությունը - Օդի փուչիկներ սկսած >50μl, ՍահմաններըԵրկասեղանիռեժիմի համար: 0.2մլ սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ սկսած > 400մլ/ր SAD հոսք: Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր հաստատուն SAD Հոսք: Պաշտպանական համակարգ-

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՖՐՈՆԹ ԼՈՅՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆՏ» ՍՊԸ
ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9

в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004РЧ-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Ուլտրաձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում: Արյան Տվիչ- SAD. Տվիչի բնիկում է տեղադրված Ֆունկցիա-տողովակային համակարգում արյան հայտնաբերում: Սարքը նոր է, չօգտագործված, 2023 թ արտադրության, ներառվում է իրարմեր աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները: Երաշխիքը՝ 12 ամիս: Մատակարարողի տեխնիկական հատկանիշները և սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					տեղափոխումը, տեղադրումը,
					փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: