

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	ԹեԼ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, Ներծծվող հյուսված	ԹեԼ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, Ներծծվող հյուսված	ԹեԼ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, Ներծծվող հյուսված	Լյուքսսչրս	ԹեԼ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ- լակտիդից: Թե՛լը պետք է պատված լինի պոլիֆիլամենտից՝ բաղկացած գլիկոլիդի ,լակտիդի և կալցիումի ստեարտի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով: Թե՛լը պետք է Ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թե՛լի պատռման

ամրությունը IN VIVO պայմաններում  
2 շաբաթից 75%+-3%, 3շաբաթից  
50%+-2%, 4շաբաթից 25%+-2%:  
Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը  
56-70օր է: Մետրիկ չափը 3  
պայմանական չափը 0, թելի  
երկարությունը 90սմ+-5սմ: Ասեղը  
պատրաստված լինի կորոզիակայուն  
բարձր ամրության  
համաձուլվածքից, պատված լինի  
կրկնակի սիլիկոնային շերտով, որը  
նպաստում է ասեղի և  
հյուսվածքների միջև շփման  
նվազեցմանը և հեշտացնում է  
ասեղի անցումը  
հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի  
որակը չպետք է գիջի AISI  
դասակարգումով 300 սերիայի  
համաձուլվածքների որակին: Ասեղը  
պետք է ունենա այնպիսի  
կառուցվածք /հատուկ երկայնակի  
ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու  
մասում/, որի շնորհիվ վստահելի  
ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի  
մեջ: Ասեղը ծակող ուժեղացված 1/2  
կորության 36մմ-40մմ  
երկարությամբ: Ստերիլ  
կարանյութով ներքին ներդիրը  
պետք է պարունակի մակնշում, որն

				<p>արձածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը , ասեղի տեսակը, կորությունը , ասեղների քանակը: պիտանելիության ժամկետը, պահպանման պայմանները: ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Ընդունելի է RTMed korea կամ B/BRAUN</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Кванта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦЦПДР 2025-14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					