

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԹԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	-	Լազերային համակարգը նախատեսված է 2 տեսակի երկարությամբ ալիքներով աշխատելու համար Ալիքի երկարությունը՝ 0,97մկմ և 1,47մկմ Ալիքի երկարությունը 0,97 մկմ՝ Հյուսվածքի վրա ազդեցության տեսակը՝ ռեզեկցիա, կոագուլյացիա, հիպերթերմիա, գոլորշիացում, աբլացիա: Ապահովում է կոագուլյացիոն էֆեկտ, ինչպես նաև թույլ է տալիս ճշգրիտ կտրել և գոլորշիացնել կենսաբանական հյուսվածքները: 0,97 մկմ

աշխատանքային ճառագայթման ալիքի երկարությունն օգտագործելիս կրճատվում է հարակից հյուսվածքների ջերմային վնասը, նվազում է այտուցը, կրճատվում է բուժման ժամանակը, ինչին նպաստում են լազերային ճառագայթման կենսախթանիչ հատկությունները: 1,47 մկմ ալիքի երկարությունն Արյան մեջ ավելի վատ է ներծծվում, քան 0,97 մկմ, բայց ավելի լավ ջրի մեջ («ջրային լազեր»): 1,47 մկմ ալիքի երկարության օգտագործումը ֆլեբոլոգիայում և պրոկտոլոգիայում ուղեկցվում է հետվիրահատական շրջանի ավելի մեղմ ընթացքով: Օգտագործման ոլորտները. Ֆլեբոլոգիա. Վարիկոզի էնդովենոզ լազերային կոագուլյացիա (ՅՅՄԿ) Պրոկտոլոգիա: • հեմորոիդալ հանգույցների լազերային վապորիզացիա • պարարեկտալ ֆիստուլների բուժում • կոկիքսի կիստաների բուժում Լրակազմը պարունակում է՝ 1. Լազերային սարքավորում - առնվազն 1 հատ 2. Ուղիղ ճառագայթմամբ լուսատար 600մկմ, երկարությունը - առնվազն

				<p>Յմ (ճառագայթման ուղիղ դուրս բերմամբ) - առնվազն 1 հատ 3. Ցիլինդրիկ դիֆուզորով լուսատար, флебологический «COUPLE» 2 մատանի - առնվազն 2 հատ 4. Բռնակ - առնվազն 3 հատ 5. Ուղքի անջատիչ - առնվազն 1 հատ 6. Պաշտպանիչ ակնոց - առնվազն 2 հատ 7. Карточка-визуализатор - առնվազն 1 հատ 8. Ստրիպեր - առնվազն 1 հատ 9. Բռնակ - մանրաթելային կտրող - առնվազն 1 հատ 10. Տեխնիկական փաստաթղթեր - առնվազն 1 հատ Սարքավորման տեղադրում Առնվազն 1 տարվա գործարանային երաշխիք: Վճարումների ավարտից հետո սարքը սեփականության իրավունքով պատկանելու է Ապարանի Բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ви Кей Инжиниринг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{U}\text{N}\text{F}\text{C}\text{-}\text{E}\text{C}\text{\Delta}\text{U}\text{N}\text{Q}\text{P}\text{-}2025/03$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					