ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱՁ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Polyglactin 910	RTMed	RTMed	Shandong Haidike Medical Products Co., LTD	ԹԵԼ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից,որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից։Թելը պետք է պատված լինի պոլիֆիլամենտից՝ բաղկացած գլիկոլիդի ,լակտիդի և կալցիումի ստեարտի խառնուրդից,ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով։Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար։Թելի պատռման

					ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%+-3%,3շաբաթից 50%+-2%,4շաբաթից 25%+-2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70օր է:Մետրիկ չափը 3 պայմանական չափը 0,թելի երկարությունը 90սմ+-5սմ:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից,պատված լինի կրկնակի սիլիկոնային շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով:Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին:Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ:Ասեղը ծակող ուժեղացված 1/2 կորության 36մմ-40մմ երկարությամբ:Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն

					արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Ընդունելի է RTMed korea կամ B/BRAUN

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թովմաս Խաչատրյան ԱՁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Polyglactin 910	RTMed	RTMed	Shandong Haidike Medical Products Co., LTD	Должен быть изготовлен из сополимера, состоящего на 90% из гликолида и на 10% из L-лактида.Нить должна быть покрыта полифиламентом, состоящим из смеси гликолида ,лактида и кальция,что облегчает прохождение нити через ткани.Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для обеспечения наилучшей визуализации раны.Прочность нити на разрыв в условиях in VIVO составляет от 2 недель до 75%+-3%,от 3 недель до

						50%+-2%,от 4 недель до 25%+-2%.Метрический размер 3 условный размер 0, длина резьбы 90 см+ - 5 см:Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,покрыта двойным слоем силикона,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает прохождение иглы через ткани.Качество сплава не должно уступать качеству сплавов серии 300 по классификации AISI.Игла должна иметь такую конструкцию (специальные продольные канавки в части захвата иглой), благодаря которой она надежно фиксируется в игле.Игла для прокалывания имеет усиленную кривизну 1/2 при длине 36-40 мм.На внутренней вставке из стерильного шва должна быть маркировка, изображающая рельеф. название строчки, состав, товарный знак, торговая марка производителя, название производителя , код Матрицы,условный и метрический размер нити, цвет,длина,

					количество нитей ,длина иглы, тип иглы ,кривизна, количество игл.срок годности, условия хранения.Наличие сертификатов ISO13485 и CE или FDA является обязательным. Приемлемо для RTMed korea или B/BRAUN