

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2025-14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Polyglactin 910	RTMed	RTMed	Shandong Haidike Medical Products Co., LTD	ԹեL ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից: Թելը պետք է պատված լինի պոլիֆիլամենտից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարտի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման

ամրությունը IN VIVO պայմաններում
2 շաբաթից 75%+-3%,3շաբաթից
50%+-2%,4շաբաթից 25%+-2%:
Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը
56-70օր է:Մետրիկ չափը 3
պայմանական չափը 4/0 թելի
երկարությունը 90սմ+-5սմ:Ասեղը
պատրաստված լինի կորոզիակայուն
բարձր ամրության
համաձուլվածքից,պատված լինի
կրկնակի սիլիկոնային շերտով,որը
նպաստում է ասեղի և
հյուսվածքների միջև շփման
նվազեցմանը և հեշտացնում է
ասեղի անցումը
հյուսվածքներով:Համաձուլվածքի
որակը չպետք է գիջի AISI
դասակարգումով 300 սերիայի
համաձուլվածքների որակին:Ասեղը
պետք է ունենա այնպիսի
կառուցվածք /հատուկ երկայնակի
ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու
մասում/,որի շնորհիվ վստահելի
ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի
մեջ:Ասեղը ծակող ուժեղացված 1/2
կորության 26մմ-30մմ
երկարությամբ:Ստերիլ
կարանյութով ներքին ներդիրը
պետք է պարունակի մակնշում,որն

				<p>արձածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը , ասեղի տեսակը, կորությունը , ասեղների քանակը: պիտանելիության ժամկետը, պահպանման պայմանները: ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Ընդունելի է RTMed korea կամ B/BRAUN</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թիվ 13-ի հաշտարյալն ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Polyglactin 910	RTMed	RTMed	Shandong Haidike Medical Products Co., LTD	Должен быть изготовлен из сополимера, состоящего на 90% из гликолида и на 10% из L-лактида. Нить должна быть покрыта полимерной пленкой, состоящей из смеси гликолида, лактида и кальция, что облегчает прохождение нити через ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для обеспечения наилучшей визуализации раны. Прочность нити на разрыв в условиях in VIVO составляет от 2 недель до 75%+-3%, от 3 недель до

50%+-2%,от 4 недель до 25%+-2%.Метрический размер 3 условный размер 4/0 длина резьбы 90 см+ - 5 см:Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,покрыта двойным слоем силикона,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает прохождение иглы через ткани.Качество сплава не должно уступать качеству сплавов серии 300 по классификации AISI.Игла должна иметь такую конструкцию (специальные продольные канавки в части захвата иглой), благодаря которой она надежно фиксируется в игле.Игла для прокалывания имеет увеличенную кривизну 1/2 при длине 26-30 мм.На внутренней вставке из стерильного шва должна быть маркировка, изображающая рельеф. название строчки, состав, товарный знак, торговая марка производителя, название производителя , код Матрицы,условный и метрический размер нити, цвет,длина,

					количество нитей ,длина иглы, тип иглы ,кривизна, количество игл.срок годности, условия хранения.Наличие сертификатов ISO13485 и CE или FDA является обязательным. Приемлемо для RTMed korea или B/BRAUN
--	--	--	--	--	--