

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5                  | BIL D+T               | BIL D+T             | BIL D+T | Delta Ltd              | Բիլիռուբին , ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ հավաքածու BILIRUBIN D+T 100/100մլ 100 direct+ 100 total, 200 թեստ կամ համարժեք.R1-100 մլ ռեագենտ ընդհանուր բիլիռուբինի համար R2-100 մլ ռեագենտ ուղիղ բիլիռուբինի համար R3-2,5 մլ նատրիումի նիտրիտ. Պարտադիր ստանդարտ լուծույթի առկայություն . Մեթոդ` Կոլորիմետրի/ ծայրակետ. Ֆորմատ` 2*100մլ կամ համարժեք.1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա. Պահպանման |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8 C<br/>պայմաններում պահվում են մինչև<br/>փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ<br/>փաթեթավորումը բացելուց հետո<br/>ռեակտիվները 2-10 C<br/>պայմաններում պահվում են<br/>առնվազն 8 շաբաթ<br/>ForInVitroDiagnosticonly Հանձնելու<br/>պահին պիտանելիության ժամկետի<br/>2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի<br/>առկայություն Ծագման երկրի<br/>սերտիֆիկատի առկայություն:ISO<br/>9001 և ISO 13485<br/>սերտիֆիկատների առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики   |
| 5          | BIL D+T                | BIL D+T       | BIL D+T | Delta Ltd                  | <p>Բիլիռուբին , ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ հավաքածու BILIRUBIN D+T 100/100մլ 100 direct+ 100 total, 200 թեստ կամ համարժեք.R1-100 մլ ռեագենտ ընդհանուր բիլիռուբինի համար R2-100 մլ ռեագենտ ուղիղ բիլիռուբինի համար R3-2,5 մլ նատրիումի նիտրիտ. Պարտադիր ստանդարտ լուծույթի առկայություն . Մեթոդ` Կոլորիմետրի/ ծայրակետ. Ֆորմատ` 2*100մլ կամ համարժեք.1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա. Պահպանման</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8 C<br/>պայմաններում պահվում են մինչև<br/>փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ<br/>փաթեթավորումը բացելուց հետո<br/>ռեակտիվները 2-10 C<br/>պայմաններում պահվում են<br/>առնվազն 8 շաբաթ<br/>ForInVitroDiagnosticonly Հանձնելու<br/>պահին պիտանելիության ժամկետի<br/>2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի<br/>առկայություն Ծագման երկրի<br/>սերտիֆիկատի առկայություն:ISO<br/>9001 և ISO 13485<br/>սերտիֆիկատների առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|---|