

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Սեդ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Thromboplastin	HELENA	Thromboplastin 5265 L	Helena Biosciences Europe/ UK	Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու PT կամ համարժեք. 1թեստը համարժեք է 0,2մլ. Սեթոդ` ֆիբրինազոյացման ժամանակի որոշում. Ֆորմատ: 10x10մլ, 500վիզուալ, /1000թեսթ սարքերի համար/. Ստուգվող նմուշ` պլազմա. Պահպանման պայմանները 2-8C, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն. 1 հատը համարժեք է 1 թեսթի: Ֆիրմային նշանի առկայությունը. Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485

					սերտիֆիկատների առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30 C ForInVitroDiagnosticonly
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУФРЧ-ЕЦХЦПР-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Thromboplastin	HELENA	Thromboplastin 5265 L	Helena Biosciences Europe/ UK	Набор для определения протромбинового времени РТ или эквивалент. 1 тест эквивалентен 0,2 мл. Метод: Определение времени образования фибрина. Формат: 6*4 мл или эквивалент, включая буфер растворения для 120 визуальных/240 тестовых устройств. R1-6*4 мл лиофилизированный экстракт кролика, R2 1*25 буферный раствор. Тестовый образец: плазма. Условия хранения 2-8С, 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие товарного знака. Наличие

					сертификата происхождения: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Условия хранения 2-30 С Только для InVitroDiagnostic
--	--	--	--	--	---