


## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	APTT Si L Minus	HELENA	APTT Si L Minus Cat. No. 5559	Helena Biosciences Europe/ UK	Ակտիվ պարտիալ պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ՝ Ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում: Ֆորմատ:10*10մլ կամ համարժեք: 1թեսթը համարժեք է 0,1մլ :1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Ստուգվող նմուշ՝ պլազմա:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն. Ֆիրմային նշանի առկայությունը. Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For In Vitro Diagnostic







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУФРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	APTT Si L Minus	HELENA	APTT Si L Minus Cat. No. 5559	Helena Biosciences Europe/ UK	Набор для определения активного частичного протромбинового времени. Метод: определение времени образования фибрина. Формат: 5*4 мл или эквивалент. 1 тест эквивалентен 0,1 мл. Тестируемый образец: плазма. Срок годности 2/3 на момент подачи. Наличие товарного знака. Наличие сертификата происхождения: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для диагностики in vitro