

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25-5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 35 | Ակկու-Չեկ Ակտիվ թեստ-երիզներ | ROCHE | Accu-Chek Active | ROCHE Diagnostics | Ակկու-Չեք Ակտիվ ապարատի համար Նախատեսվածթեսթ-երիզներ: Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն ,Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոքիմիական, միջակայքը՝ 0.6-33.3մմոլ/լ,Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ Արյան ծավալը՝ 0.6մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +8 մինչև +44 Տվյալների փոխանցում համակարգչին՝ SsmartPix համակարգի օգնությամբ,ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | պիտանելիության ժամկետ, փակ: |
|--|--|--|--|-----------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-25-5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 35 | Стрип для глюкометра Ассу-Чек Active | ROCHE | Accu-Chek Active | ROCHE Diagnostics | Стрип для глюкометра Ассу-Чек Active N50 |