

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՆԴՈՍ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/43 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Confirm Rx | Confirm Rx | Abbott (St. Jude Medical) | <p>Ենթամաշկուկում տեղադրվող սրտի մոնիտոր: ՄՌՏ համատեղելի: Bluetooth հաղորդակցությամբ: Նախատեսված է էլեկտրագրամի (EGM) տվյալների մոնիտորինգի, պահպանման և ծրագրավորող սարքի ու բուժառուի բջջային հավելվածի հետ հաղորդակցման համար: Հնարավոր է տեղադրել և պոևակցիոն և ենթամաշկային գրպանիկի ստեղծման եղանակով: Համալրված է պոևակցիոն և ենթամաշկային գրպանիկի ճանապարհով տեղադրման համար անհրաժեշտ պարագաներով: Քաշը ոչ ավել քան 3.0գ, ունի փարիլենի ծածկույթ: Կիրառելի է St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի և myMerlin բջջային հավելվածի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր,</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кудос в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-EMXUQF-25/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|------------|----------------------------|--|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Confirm Rx | Confirm Rx | Abbott (St. Jude Medical) | Ենթամաշկուլմ տեղադրվող սրտի մոնիտոր: ՄՌՏ համատեղելի: Bluetooth հաղորդակցությամբ: Նախատեսված է էլեկտրագրամի (EGM) տվյալների մոնիտորինգի, պահպանման և ծրագրավորող սարքի ու բուժառուի բջջային հավելվածի հետ հաղորդակցման համար: Հնարավոր է տեղադրել և պոևակցիոն և ենթամաշկային գրպանիկի ստեղծման եղանակով: Համալրված է պոևակցիոն և ենթամաշկային գրպանիկի ճանապարհով տեղադրման համար անհրաժեշտ պարագաներով: Քաշը ոչ ավել քան 3.0գ, ունի փարիլենի ծածկույթ: Կիրառելի է St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի և myMerlin բջջային հավելվածի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: |
|--|--|--|--|---|