

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Medtronic	Rebar	Rebar	Միկրոկաթետերը պետք է նախատեսված լինի Էնդովասկուլյար միջամտություններ իրականացնելու համար: Պետք է լինի համատեղելի Solitaire™ Platinum սարքի և Onyx™ հեղուկ էմբոլիզացիայի համակարգի հետ: Պետք է ունենա մեկ կամ երկու ռենտգենոկոնտրաստ մարկերներ դիստալ հատվածում ինչպես նաև ծայրի կառուցվածքի փոփոխման հնարավորություն: Ներքին տրամագիծը՝ 0.015'' կամ 0.017'' կամ 0.021'': Արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 2.8F դիստալ հատվածում և ոչ ավել քան 2.3F պրոքսիմալ հատվածում: Կաթետերի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի՝ ոչ պակաս, քան՝ 158սմ, իսկ աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 153սմ: Հիդրոֆիլ արտաքին ծածկույթի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված

				խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20404-ЕЦДЦП2Р-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16				