ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅ ԷՍ ԱՅ» ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ECG - 1103L LEPU MEDICAL Չինաստան	2.էլեկտրասրտագրիչ	ECG - 1103L LEPU MEDICAL Չինաստան	ECG - 1103L LEPU MEDICAL Չինաստան	ECG - 1103L LEPU MEDICAL Դյուրակիր էլեկտրասրտագրման /ԷՍԳ/ սարքի բնութագիր • երեք գրնացուղանի ● 5.6 դյույմ գունավոր հպման էկրան ● Աջակցում է 6,9 եւ 12-lead ավտոմատ ԷՍԳ ցուցադրմանը և գրանցմանը: ● Աջակցում է 3 աշխատանքային ռեժիմներին՝ ավտո, ձեռքով եւ R-R. ● Ապահովեում է 4 նմուշառման եղանակների՝ նախա-նմուշառում, իրական ժամանակի նմուշառում, պարբերական նմուշառում եւ գրգռման նմուշառում: ● Աջակցում է ավտոմատ կերպով pacing

					հայտնաբերման եւ նշման. ● Օժանդակում է baseline drift եւ EMG (electromyograph) ինտերֆերենցիայի ճնշմանը: ● Աջակցում է ԷՍԳ սառեցմանը ներկա էկրանին: ● Ելքային ֆայլերը բազմակի ձեւաչափերով են, ինչպիսիք են DAT, XML, JPEG, PDF, HL7: ● Ավտոապահովագրման գործառույթ. հաշվետվությունը տպագրելիս պահպանվում է ԷՍԳ-ի տվյալները: ● Ապահովում է պահպանում, նախադիտում, արտահանում, վերբեռնում, տպում եւ հիվանդի տվյալները փնտրում: ● Աջակցում է ԷՍԳ տվյալների փոխանցմանը լարային կամ Wi-Fi ցանցի միջոցով: • Էլեկտրասննուցումը ստանդարտ ցանցից և ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցից Աշխատանքային ռեժիմներ 12 արտածումների անընդմեջ գրանցում, նախընտրած ձևաչափով Պաշտպանություն դեֆիբրիլյատորից: A/D Converter 24 bit Time Constant ≥5վրկ HR տիրույթը 30-300 կցում րոպեում Frequency Response 0.01Հg ~ 350Հg

					Զգայինությունը ընտրովի, առնվազն՝ 2.5, 5, 10, 20, 40 (մմ/մՎ), Ավտոմատ Մուտքային իմպենդանսը /Input Impedance/ ≥100MOhմ Մուտքային հոսանքի ուժը /Input Circuit Current/ ≤10նԱ. Չափաբերման լարում /Calibration Voltage/ 1մՎ±2% Դետեկտվող նվազագույն ազդանշանը ոչ ավելի քան 20մկրՎp-p Depolarization Voltage +/- 900մՎ մոտավոր Noise Level <13μVp-p Anti Baseline Drift Automatic EMG զտում : 25Հg ~ 45Հg (-3dB) ADS զտում առնվազն: Auto (0.01-0.67Հg) HUM զտում առնվազն: 50Հg., 60Հg. (-20dB) CMRR >140dB AC filter “On” Patient Current Leakag <10 մկրԱ Գրանցման եղանակը՝ ջերմազգայուն թուղթ Paper Speed 5/6.25/10/12.5/25/50մմ/վրկ. ԷՍԳ-ի գրանցման համար օգտագործվող ջերմազգայուն թուղթ, ոլորակներ 80մմ լայնության, 20մ. երկարության: Էլեկտրասնուցումը՝ AC:100- 240Վ, 50Hg ստանդարտ ցանցից: DC: 12V, ներկառուցված վերալիցքավորվող լիտիումի մարտկոց, 14.4 Վ. 2200մԱժ: Չափսերը ՝ 345մմ×300մմ×80մմ;

					Քաշը առանց մարտկոցի մոտավոր՝ 2.5կգ. Մատակարաման են ենթակա՝ ԷՍԳ-ը սարքը ԷՍԳ-ի մալուխը Մեծահասակների կրծքային էլեկտրոդ – 6 հատ Մեծահասակների կլիպսային էլեկտրոդներ -4 հատ Մարտկոց վերալիցքավորվող -1հատ Հողանցման մալուխ – 1 հատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙ ЭС АЙ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					