

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար, 3 կանալային ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով Սրտագրությունը՝ անլար, 3 կամ ավել ներկառուցված Էլեկտրոդների միջոցով Նմուշառման արագություն առնվազն 250 ն/վ ADC տարլուծումը առնվազն 16 բիթ Ամպլիտուդային թույլտվություն առնվազն 2,5 մկՎ Չափման միջակայքը 100 մՎ Հաճախականության արձագանքը առնվազն 0,1 (0,05) - 70 Հց միջակայքում Էլեկտրոդի միացման մոնիտորինգի գործառույթ Պարամետրերի ճշգրտությունը համաձայն EN 60601-2-47, EN

60601-1-11 Արտահիվանդանոցային
Էլեկտրասրտագրական
համակարգեր Տվյալների ձևաչափ
առնվազն, MIT, ISHNE, EDF+
Ինտերֆեյսներ՝ առնվազն
ընթերցման սարքի SB ինտերֆեյս
(USB - 2.0) Bluetooth ինտերֆեյս՝
Bluetooth 4.0 կամ ավել,
Հաճախականության միայակայքը՝
2400.0-2483.5 ՄՀց, Մոդուլյացիայի
տեսակը՝ JRCK (PI/4DQPSK, 8DPSK),
Առավելագույն ճառագայթվող
հզորություն՝ 4 դԲմ (BT Class 2)
Էլեկտրական
առանձնահատկություններ
Էլեկտրաէներգիայի
մատակարարում՝ 1 Ալկալային
մարտկոց, 1,5 Վ, AAAA չափս (Mini,
LR61/E96) Գործողության ժամանակը
առնվազն 9 օր/24ժ օրական մեկ
մարտկոցով: LED ազդանշան
մարտկոցի կարգավիճակը
ցուցադրելու համար Տեխնիկական
պայմաններ՝ Քաշը ոչ ավել քան 30 գ
Պաշտպանություն ջրի կամ նյութերի
պատահական մուտքից՝ դասը
առնվազն IP 54B Այլ պահանջներ
Ապրանքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված, լրակազմում

				<p>ներառի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ ծրագրային ապահովվում վերլուծության համար, օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով, մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակի և անվտանգության ապահովման սերտիֆիկատների առկայությունն առնվազն՝ ISO 13485, ISO 15223-1, ISO 14971, EN 60601-1-2, EN 60601-1-47, EN 62304, CE 93/42/EEC կամ FDA: Վճարումների ավարտից հետո սարքը սեփականության իրավունքով պատկանելու է Ապարանի Բժշկական կենտրոն ՓԲԸ- ին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար, 3 կանալային ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով Սրտագրությունը՝ անլար, 3 կամ ավել ներկառուցված Էլեկտրոդների միջոցով Նմուշառման արագություն առնվազն 250 ն/վ ADC տարլուծումը առնվազն 16 բիթ Ամպլիտուդային թույլտվություն առնվազն 2,5 մկՎ Չափման միջակայքը 100 մՎ Հաճախականության արձագանքը առնվազն 0,1 (0,05) - 70 Հց միջակայքում Էլեկտրոդի միացման մոնիտորինգի գործառույթ Պարամետրերի ճշգրտությունը համաձայն EN 60601-2-47, EN

60601-1-11 Արտահիվանդանոցային
Էլեկտրասրտագրական
համակարգեր Տվյալների ձևաչափ
առնվազն, MIT, ISHNE, EDF+
Ինտերֆեյսներ՝ առնվազն
ընթերցման սարքի SB ինտերֆեյս
(USB - 2.0) Bluetooth ինտերֆեյս՝
Bluetooth 4.0 կամ ավել,
Հաճախականության միայակայքը՝
2400.0-2483.5 ՄՀց, Մոդուլյացիայի
տեսակը՝ JRCK (PI/4DQPSK, 8DPSK),
Առավելագույն ճառագայթվող
հզորություն՝ 4 դԲմ (BT Class 2)
Էլեկտրական
առանձնահատկություններ
Էլեկտրաէներգիայի
մատակարարում՝ 1 Ալկալային
մարտկոց, 1,5 Վ, AAAA չափս (Mini,
LR61/E96) Գործողության ժամանակը
առնվազն 9 օր/24ժ օրական մեկ
մարտկոցով: LED ազդանշան
մարտկոցի կարգավիճակը
ցուցադրելու համար Տեխնիկական
պայմաններ՝ Քաշը ոչ ավել քան 30 գ
Պաշտպանություն ջրի կամ նյութերի
պատահական մուտքից՝ դասը
առնվազն IP 54B Այլ պահանջներ
Ապրանքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված, լրակազմում

				<p>Ներառի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ ծրագրային ապահովվում վերլուծության համար, օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով, մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակի և անվտանգության ապահովման սերտիֆիկատների առկայությունն առնվազն՝ ISO 13485, ISO 15223-1, ISO 14971, EN 60601-1-2, EN 60601-1-47, EN 62304, CE 93/42/EEC կամ FDA: Վճարումների ավարտից հետո սարքը սեփականության իրավունքով պատկանելու է Ապարանի Բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ին:</p>
--	--	--	--	---