

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Լևոն Խառատյան-ն ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը      | արտադրողի<br>անվանումը                             | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                  | Apple Dental          | Apple Dental x ray  | Apple Dental | Guangdong JINME<br>MEDICAL<br>TECHNOLOGY CO<br>LTD | Խողովակի լարումը՝ 60-70 ԿՎ,<br>հզորությունը՝ 50-60ՎԱ<br>Հեռավորությունը պատյանից մինչև<br>կոն՝ 130 -200 մմ խողովակի ֆոկուս՝<br>0.3 ±2մմ * 0.3 ±2մմ, շրջակա<br>միջավայրի ջերմաստիճանը՝<br>5°C~40°C : Քաշը՝ 2-3 կգ<br>Հավաստագրերը՝ ISO-13485, CE,<br>հավաստագրերի առկայություն: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ազ ԼԼԽՆ Խառնախմբը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом USPЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                    |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак      | марка        | наименование производителя                | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3          | Apple Dental           | Apple Dental x ray | Apple Dental | Guangdong JINME MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | Խողովակի լարումը՝ 60-70 ԿՎ,<br>հզորությունը՝ 50-60ՎԱ<br>Հեռավորությունը պատյանից մինչև<br>կոն՝ 130 -200 մմ խողովակի ֆոկուս՝<br>0.3 ±2մմ * 0.3 ±2մմ, շրջակա<br>միջավայրի ջերմաստիճանը՝<br>5°C~40°C : Քաշը՝ 2-3 կգ<br>Հավաստագրերը՝ ISO-13485, CE,<br>հավաստագրերի առկայություն: |