

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի              |                                 |                        |  |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը             | մակնիշը                         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 30                 | Syphilis Ab combo<br>rapid test | Syphilis Ab combo<br>rapid test | CTK BioTech            | <p>Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ խրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ , ռապիդ : Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 30 թեստ : Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը` ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар           |                              |                            |  |
|------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
|            | товарный знак                | марка                        | наименование производителя | технические характеристики   |
| 30         | Syphilis Ab combo rapid test | Syphilis Ab combo rapid test | СТК BioTech                | <p>Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ խրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ , ռապիդ : Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 30 թեստ : Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:</p> |