

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բիոտրոնիկ	Բիոտրոնիկ	Բիոտրոնիկ	Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոնսեկտորների տիպը՝ IS-1, DF4/DF1: Օժտված է փորոքների խթանման քանակը նվազեցնող ռեժիմով, ATP ռեժիմով: Կարող է հայտնաբերել VT,/VF Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիայի վերին շեմը՝ ոչ պակաս քան 35 Ջ; Խթանման ռեժիմները՝ DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային Էլեկտրոդ, ՄՌՏ համատեղելի մեկ շոկային Էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի Biotronik ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի

				կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բիտրոնիկ ՍԵՊՈՒՆԻՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Biotronik	Biotronik	Biotronik	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор, МРТ совместимость не менее 1,5 тесла. Тип коннектора: IS-1, DF4/DF1. Имеет режим уменьшения количества стимуляции желудочка, АТР режим. Может обнаружить VT/VF. Тип батареи: литий-серебро-ванадий оксид. Верхний предел подводимой энергии не менее 35Дж. Режимы стимуляции: DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает в себя один МРТ-совместимый электрод с активной фиксацией, один МРТ-совместимый шоковый электрод и два интрадюсера. Должен быть применим с прогаматором Biotronik. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения,

				представленные производителем.
--	--	--	--	--------------------------------