

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Զ-Ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-28/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	spirolab colour spirometer	spirolab colour spirometer	ախտորոշման սարքեր	spirolab colour spirometer	Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր՝ հիվանդների մոտ թոքերի ֆունկցիայի հետ կապված պարամետրերը ուսումնասիրելու համար: Չափման պարամետրեր. (ոչ պակաս քան) Ուժեղացված կենսական թոքերի ծավալը՝ (FVC)՝ FVC, FEV1, PEF, (FEV1 / FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1 / VC, FEV6, FEV1 / FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, MVV Կենսական ծավալը՝ (VC / SVC). VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV / tI, tI / ttot Առավելագույն

օդափոխման ծավալը (MVV)՝ MVV
Ծավալի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան
 ± 10 լ Ծավալի ճշգրտությունը՝ ոչ
ավելի քան $\pm 3\%$ Հոսքի միջակայքը՝
ոչ պակաս քան ± 15 ր /վ Հոսքի
ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան $\pm 5\%$
Ոչ պակաս, քան 7 "գունավոր LCD
սենսորային էկրանի առկայություն,
կոճակները կարող են աշխատել
սենսորային էկրանի հետ միասին
էկրանը պետք է ցույց տա իրական
ժամանակում շնչառության արագ
ձևը. ոչ պակաս քան հոսքի-ծավալի
օդակ և ծավալ-ժամանակի կորի
գծապատկեր Ներկառուցված
ջերմային տպիչի առկայություն
Ավտոմատ ուղղման գործառույթի
առկայություն, այն պետք է
փոխհատուցի շրջակա միջավայրի
տարբերությունների ազդեցությունը
Փորձարկման ժամանակի և շրջակա
միջավայրի ջերմաստիճանի
ցուցադրում Ստուգաչափման
գործառույթի առկայություն, որը
կապահովի չափման ճշգրտությունը
Տվյալների պահեստի առկայություն
Թոքերի տարիքի գնահատման
գործառույթի առկայություն
Ներկառուցված մարտկոցի

առկայությունն Էլեկտրասնուցումը՝
220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմը պետք է
ներառի բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ պարագաները, որոնք
անհրաժեշտ են լիարժեք
գործունեության համար՝ քթի
փակիչ, բերանի շնչափող (ոչ
պակաս քան 10 հատ
մեծահասակների և 10 հատ
երեխաների համար), USB մալուխ,
տպագրման թուղթ և այլն: Սարքը
պետք է լինի նոր, չօգտագործված,
փակ գործարանային տուփով,
օգտագործողի հայերեն կամ
ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը
պետք է ապահովի սարքավորման
անվնաս տեղափոխումը,
տեղադրումը: Աշխատանքային
ռեժիմի բերումը, գործարկումը
պետք է կատարվի բժշկական
կենտրոնի տարածքում՝
պատվիրատուի ներկայացուցչի
ներկայությամբ: Տեղադրումը,
ուսուցումը և երաշխիքային
ժամկետի ընթացքում տեխնիկական
սպասարկման աշխատանքներ՝
սերտիֆիկացված մասնագետի
կողմից: Երաշխիքը ոչ պակաս քան
24 ամիս: Որակի վկայականներ

					(առկայություն). ISO13485 կամ համարժեք: CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-28/25
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					