ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Ձ-ն ՁՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-28/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	spirolab colour spirometer	spirolab colour spirometer	ախտորոշման սարքեր	spirolab colour spirometer	Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր՝ հիվանդների մոտ թոքերի ֆունկցիայի հետ կապված պարամետրերը ուսումնասիրելու համար: Չափման պարամետրեր. (ոչ պակաս քան) Ուժեղացված կենսական թոքերի ծավալը՝ (FVC) ՝ FVC, FEV1, PEF, (FEV1 / FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1 / VC, FEV6, FEV1 / FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, MVV Կենսական ծավալը՝ (VC / SVC). VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV / tI, tI / ttot Առավելագույն

					օդափոխման ծավալը (MVV)՝ MVV Ծավալի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան ±10լ Ծավալի ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ±3% Հոսքի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան ±15 լ /վ Հոսքի ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ±5% Ոչ պակաս, քան 7 "գունավոր LCD սենսորային էկրանի առկայություն, կոճակները կարող են աշխատել սենսորային էկրանի հետ միասին Էկրանը պետք է ցույց տա իրական ժամանակում շնչառության ալիքի ձևը. ոչ պակաս քան հոսքի-ծավալի օղակ և ծավալ-ժամանակի կորի գծապատկեր Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Ավտոմատ ուղղման գործառույթի առկայություն, այն պետք է փոխհատուցի շրջակա միջավայրի տարբերությունների ազդեցությունը Փորձարկման ժամանակի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի ցուցադրում Ստուգաչափման գործառույթի առկայություն, որը կապահովի չափման ճշգրտությունը Տվյալների պահեստի առկայություն Թոքերի տարիքի գնահատման գործառույթի առկայություն Ներկառուցված մարտկոցի

					առկայություն Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար՝ քթի փակիչ, բերանի շնչափող (ոչ պակաս քան 10 հատ մեծահասակների և 10 հատ երեխաների համար), USB մալուխ, տպագրման թուղթ և այլն: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ

					(առկայություն). ISO13485 կամ համարժեք: CE Mark (Directive 93/42/EEC)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-28/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					