

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գենետիկական փորձագիտական կենտրոն ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
102	--	--	<p>Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով մինչև 20մկլ, 121°C ջերմաստիճանում ավտոկլավվող, ծայրակալները հեռացնող համակարգի, երկարության կարգավորման հնարավորությամբ: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկուն:</p> <p>Բաժանումը` 0.1մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy) նվազագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 2.50\%</math>; միջին ծավալի դեպքում <math>\pm 2.0\%</math>, առավելագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 1.0\%</math>: Ճշգրտությունը (imprecision) նվազագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 1.50\%</math>; միջին ծավալի դեպքում <math>\pm 1.0\%</math>; առավելագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 0.8\%</math>: CE սերտիֆիկատի առկայություն:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Գեներալական փորձագիտական կենտրոն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
102	--	--	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով մինչև 20մկլ, 121°C ջերմաստիճանում ավտոկլավով, ծայրակալները հեռացնող համակարգի, երկարության կարգավորման հնարավորությամբ: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկուն: Բաժանումը՝ 0.1մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy) նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 2.50\%$ ; միջին ծավալի դեպքում $\pm 2.0\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$ : Ճշգրտությունը (imprecision) նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.50\%$ ; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$ ; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.8\%$ : CE սերտիֆիկատի առկայություն: