

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ասպիրացինոն կաթետր	MERIL	Aspiron	Meril Life Sciences Pvt.Ltd.	Ասպիրացինոն կաթետր Ներանոթային թրոմբոէկստրակցիայի համար: Լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված լրակազմով, այդ թվում` 1 փական, 1հատ 30 մլ ներարկիչ, 1հատ թրոմբի հավաքման զամբյուղ, 1հատ երկարացման խողովակ, 1 հատ լվացման ասեղ: Rx պորտը առնվազն 10 մմ երկարությամբ, համատեղելի է 0,014 ուղեցույց լարերի հետ: Կատետրի պրոքսիմալ ծայրը հագեցած է ստանդարտ luer կողպեքով: Դիստալ ծայրի տրամագիծը ոչ ավել քան 1,7 Fr:

				<p>Թրոմբասպիրացին պատուհանի չափսը առնվազն 2.85 Fr: Արտաքին խողովակի տրամագիծը դիստալ և պրոքսիմալ հատվածներում ոչ ավել քան 3.9 Fr: Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 140սմ: Ուղեցույց կաթետրի մինիմալ չափսը 6Fr: Ներանոթային ամենալայն տեղում արտաքին տրամագիծը 5.1Fr: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ասպիրացիոն կաթետր	MERIL	Aspiron	Meril Life Sciences Pvt.Ltd.	Ասպիրացիոն կաթետր Ներանոթային թրոմբոէկստրակցիայի համար: Լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված լրակազմով, այդ թվում` 1 փական, 1հատ 30 մլ ներարկիչ, 1հատ թրոմբի հավաքման զամբյուղ, 1հատ երկարացման խողովակ, 1 հատ լվացման ասեղ: Rx պորտը առնվազն 10 մմ երկարությամբ, համատեղելի է 0,014 ուղեցույց լարերի հետ: Կատետրի պրոքսիմալ ծայրը հագեցած է ստանդարտ luer կողպեքով: Դիստալ ծայրի տրամագիծը ոչ ավել քան 1,7 Fr:

				<p>Թրոմբասպիրացին պատուհանի չափսը առնվազն 2.85 Fr: Արտաքին խողովակի տրամագիծը դիստալ և պրոքսիմալ հատվածներում ոչ ավել քան 3.9 Fr: Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 140սմ: Ուղեցույց կաթետրի մինիմալ չափսը 6Fr: Ներանոթային ամենալայն տեղում արտաքին տրամագիծը 5.1Fr: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:</p>
--	--	--	--	--