ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	բժշկական սարքերի հավաքածուներ	բժշկական սարքերի հավաքածուներ	բժշկական սարքերի հավաքածուներ	բժշկական սարքերի հավաքածուներ	"Պացիենտի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է էկրանին ալիքի

						ձևերով և թվային արժեքներով Դիսփլեյ/էկրան Դիսփլեյ. գունավոր TFT կամ LCD էկրան, էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, ոչ պակաս քան 12,1”, ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ։ Դիսփլեյի պիքսելները ոչ պակաս քան 800x600 Մոնիտորի ինտերֆեյսը Ոչ պակաս քան էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով ։ Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2.5 ժամ ։ Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG,

					RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն ։ Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն ։ Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ ։ Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ։ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 25-ից 250 բ/ րոպե ։ Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով՝ ոչ պակաս քան 2-60 րոպե ։ Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե ։ Սրտի հաճախության միջակայքը՝ ոչ

					պակաս քան 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN ։ Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Adult ռեժիմ - SYS: 40-240 mmHg , DIA: 13-210 mmHg, MEAN: 26-230 mmHg Pediatric ռեժիմ - SYS: 40- 200 mmHg, DIA: 13-150 mmHg, MEAN: 26-160 mmHg Neonatal ռեժիմ - SYS: 10 -135 mmHg, DIA: 13 -100 mmHg, MEAN: 26-110 mmHg Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg , Առավելագույն ստանդարտ շեղումը `± 8 mmHg Պաշտպանություն գերճնշումից , Adult ռեժիմ: 300±3 mmHg , Pediatric ռեժիմ: 240±3 mmHg Neonatal ռեժիմ: 150±3 mmHgշարունակություն SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) , Չափման միջակայք՝ 1-100%, Ահազանգի միջակայք ՝ 40-100% , Թողունակությունը՝ 1 %, Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5, Ակտուալիզացման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. , Զարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Զարկերակային արագություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան), Մեթոդը ՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 2.5 ՄΩ , Իմպեդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ω Իմպեդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω, Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հg Շնչառության հաճախություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք - Adult: 0-120 rpm , Neo/Ped: 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե, Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե , Ապնոե ահազանգ ՝ 10-40 S Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) -2 կանալ Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C , Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C

					Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ , Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) , NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար , NIBP ճարմանդներ երեխաների համար , NIBP ճարմանդներ նորածինների համար , Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար , Էլեկտրական լար , Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) , SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համարԼրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive

					93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք"